

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 21st, 2019

Product code / Código de producto: MK50

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Formaldehyde sterilization processes, type 1 (ISO 11140-1). / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Formaldehído, tipo 1 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: MK50111019

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-10

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2020-10

Transition color / Color de Transición: Turns to green. / Vira al verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK50111019** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **MK50111019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO