

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 8<sup>th</sup>, 2020

Product code / Código de producto: CD87-200PX

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for monitoring disinfection processes by pulsed UV (PX-UV) radiation, 1000 self-adhesive labels per roll. / Indicador Químico para control de procesos de desinfección por radiación UV pulsada (PX-UV), rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas.

Batch number / Número de lote: CD87200PX280820

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-08

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-08

Transition color / Color de Transición: Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.

Process specification / Especificaciones de proceso: 0 - 200 mJ/cm<sup>2</sup>.

The product batch **CD87200PX280820** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CD87200PX280820** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO