

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 07th, 2020

Product code / Código de producto: CD87-1000M

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for monitoring disinfection processes of N95 and FFP2 respirators by UVGI, 1000 self-adhesive labels per roll. / Indicador Químico para control de procesos de desinfección de respiradores N95 y FFP2 por UVGI, rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas.

Batch number / Número de lote: CD871000M270720

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-07

Transition color / Color de Transición: Turns to red. / Vira a rojo.

Process specification / Especificaciones de proceso: $\geq 1000 \text{ mJ/cm}^2$.

The product batch **CD871000M270720** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CD871000M270720** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO