

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 16th, 2020

Product code / Código de producto: MC20-2

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for growth of *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 bacterial spores. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953

Batch number / Número de lote: MVBF112022

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-11

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-11

Transition color / Color de transición: Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.

Process specification / Especificaciones de proceso: Incubation between 55-62 °C for 24 hours for spores subjected to Steam/VH₂O₂ sterilization processes and 48 hours (maximum) for spores subjected to Formaldehyde sterilization processes. / 24 horas de incubación entre 55-62 °C para esporas sometidas a procesos de esterilización por Vapor/VH₂O₂ y 48 horas (máximo) para esporas sometidas a procesos de esterilización por Formaldehído.

Conclusion: Product batch **MVBF112022** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MVBF112022** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO