

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 9<sup>th</sup>, 2020

Product code / Código de Producto: BDA4/1

Product description / Descripción de producto: A4 sized Bowie-Dick Test Sheet for Steam sterilization processes, type 2 (according to ISO 11140-1). / Hoja de Prueba Bowie-Dick tamaño A4 para procesos de esterilización por Vapor, tipo 2 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: BDA41110220

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-02

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-02

Transition color / Color de Transición: Turns to dark brown/black. / Vira a marrón oscuro/negro

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 134 °C, 3.5 min // 132 °C, 4.0 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **BDA41110220** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 regulation. / El lote de producto **BDA41110220** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO