

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 11th, 2020

Product code / Código de producto: CDS47V

Product description / Descripción de producto: 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide vapor. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por vapor de Peróxido de Hidrógeno.

Batch number / Número de lote: CDS47V270320

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-03

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-03

Transition color / Color de transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo.

Process specification / Especificaciones de proceso:

Exposure time / Tiempo de exposición: 20 min

Concentration / Concentración: \geq 400 ppm H₂O₂ vapor.

Temperature / Tempertura: 10 – 30 °C

Relative humidity / Humedad relativa: 30 – 80 %

Conclusion: The product batch **CDS47V270320** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CDS47V270320** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO