

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 28th, 2019

Product code / Código de producto: MK43

Product description / Descripción de producto: Marker with indicator ink for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes, type 1 (ISO 11140-1). / Marcador con tinta indicadora para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peroxido de Hidrogeno, tipo 1 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: MK43221019

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-10

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-10

Transition color / Color de Transición: Turns to green. / Vira al verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK43221019** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **MK43221019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO