

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 25<sup>th</sup>, 2020

Product code / Código de Producto: CD29-AD

Product description / Descripción de producto: Multivariable Process Indicator for Steam sterilization processes (punched double strips). Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles troqueladas). Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD29AD170620

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-06

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD29AD170620** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **CD29AD170620** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO