

June 16th, 2021**Product code / Código de producto:** CD87-200PX**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for monitoring disinfection processes by pulsed UV (PX-UV) radiation, 1000 self-adhesive labels per roll. / Indicador Químico para control de procesos de desinfección por radiación UV pulsada (PX-UV), rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas.**Batch number / Número de lote:** B10246**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-05**Transition color / Color de Transición:** Turns to orange or red. / Vira a naranja o rojo.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 0 - 200 mJ/cm².

The product batch **B10246** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B10246** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO