

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 7th, 2018

Product code / código de Producto: CT50

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Formaldehyde sterilization processes (19 mm x 50 mts). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Formaldehído (19 mm x 50 mts). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CT50270418A

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-04

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-04

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 70 °C, 1,0 mol/l FORM.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT50270418A** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CT50270418A** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO