


September 29th, 2025**Product code / Código de producto:** IT26SBL

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Bilaminated strip, type 5 (according to ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tira bilaminada, tipo 5 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B50539**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-09-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-08-31**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green/Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** $SV_{121^{\circ}\text{C}} = 16.6 \text{ min}$ $SV_{128^{\circ}\text{C}} = 8.1 \text{ min}$ $SV_{135^{\circ}\text{C}} = 4.0 \text{ min}$ 

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de

la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50539** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50539** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO