

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 10th, 2018**Product code / Código de producto:** BT202**Product description / Descripción de producto:** Rapid Readout Colorimetric System. Self-contained biological indicator for Steam sterilization processes. / Sistema Colorimétrico de Lectura Rápida. Indicador biológico auto-contenido para procesos de esterilización por Vapor. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.**Batch number / Número de lote:** RCP082020**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-08**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2020-08**Spores title (not lower than 1×10^5 spores per vial) / Título de esporas (no inferior a 1×10^5 esporas por vial):** 2.4×10^6 spores per vial / esporas por vial.**D value / Valor D** (121 °C, not lower than 1.5 min / no inferior a 1.5 min): 2.6 min.**Survival time (S) ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / Tiempo de Sobrevida (S) ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D:** 11.4 min.**Kill time (M) ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / Tiempo de Muerte (M) ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D:** 27.1 min.**Z value / Valor Z** (not lower than 6 °C / no inferior a 6 °C): 20.3 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138 standards (parts 1 and 3). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11138 (partes 1 y 3). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **RCP082020** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation (parts 1 and 3). / El lote de producto **RCP082020** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138 (partes 1 y 3).



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO