

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 4th, 2019**Product code / Código de producto:** BT92/4**Product description / Descripción de producto:** Spore Strip biological indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. / Indicador biológico en Tira con esporas para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.**Batch number / Número de lote:** TPAU112021**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-11**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-11**Spores title (not lower than 1×10^4 spores per strip) / Título de esporas (no inferior a 1×10^4 esporas por tira):**
 2.1×10^4 spores per strip / esporas por tira.**D value / Valor D (2 mg/l VH_2O_2 , 50 °C):** 7 seconds/segundos.**Survival time (S) ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / Tiempo de Sobrevida (S) ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D:** 17 seconds/segundos.**Kill time (M) ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / Tiempo de Muerte (M) ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D:** 60 seconds/segundos.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11138-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **TPAU112021** meets the specifications under USP and ISO 11138-1 regulation. / El lote de producto **TPAU112021** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138-1.

NOTE: The functional and allowed incubation temperature range for Bionova® BT92 is between 55-62 °C.

NOTA: El rango de temperatura funcional y permitida para la incubación del Bionova® BT92 es de 55-62 °C.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO