

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 28th, 2020

Product code / Código de producto: BT94

Product description / Descripción de producto: Self-contained biological indicator for airborne and surface disinfection processes control by Hydrogen Peroxide. / Indicador biológico autocontenido para procesos de desinfección de ambientes y superficies por Peróxido de Hidrógeno. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.

Batch number / Número de lote: SDB082022Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-08Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-08

Spores title (not lower than 1×10^4 spores per vial) / Título de esporas (no inferior a 1×10^4 esporas por vial):
 2.0×10^4 spores per vial / esporas por vial.

D value / Valor D (2 mg/l VH_2O_2 , 50 °C): 9 seconds / segundos.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11138-1 standard. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con el estándar ISO 11138-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **SDB082022** meets the specifications under ISO 11138-1 regulation. / El lote de producto **SDB082022** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO 11138-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO