

July 19th, 2023**Product code / Código de producto:** BT94**Product description / Descripción de producto:** Self-contained biological indicator for airborne and surface disinfection processes control by Hydrogen Peroxide. / Indicador biológico autocontenido para procesos de desinfección de ambientes y superficies por Peróxido de Hidrógeno. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.**Batch number / Número de lote:** A30275**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-06**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2025-06**Spores title** (not lower than 1×10^4 spores per vial) / **Título de esporas** (no inferior a 1×10^4 esporas por vial): 3.2×10^4 spores per vial / esporas por vial.**D value / Valor D** (2 mg/l VH_2O_2 , 50 °C): 10 seconds / segundos.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11138-1 standard. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con el estándar ISO 11138-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **A30275** meets the specifications under ISO 11138-1 regulation. / El lote de producto **A30275** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO 11138-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO