

October 13th, 2021**Product code / Código de producto:** BT97**Product description / Descripción de producto:** Self-contained biological indicator for airborne and surface disinfection processes control by Hydrogen Peroxide. Super rapid readout fluorescence system. / Indicador biológico autocontenido para procesos de desinfección de ambientes y superficies por Peróxido de Hidrógeno. Sistema de lectura super rápida por fluorescencia. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.**Batch number / Número de lote:** A10533**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-09**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2023-09**Spores title** (not lower than 1×10^5 spores per vial) / **Título de esporas** (no inferior a 1×10^5 esporas por vial): 1.1×10^6 spores per vial / esporas por vial.**D value / Valor D** (2 mg/l VH_2O_2 , 50 °C): 11 seconds / segundos.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11138 standard (part 1). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con el estándar ISO 11138 (parte 1). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **A10533** meets the specifications under ISO 11138 regulation (Part 1). / El lote de producto **A10533** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO 11138 (Parte 1).


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO