

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 1st, 2019**Product code / Código de producto:** BTD92-3/6**Product description / Descripción de producto:** Spore Discs biological indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. / Indicador biológico en Disco con esporas para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.**Batch number / Número de lote:** DPAB01202136**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-01**Spores title** (not lower than 1×10^5 spores per disc) / **Título de esporas** (no inferior a 1×10^5 esporas por disco): 1.4×10^6 spores per disc / esporas por disco.**D value / Valor D** (2 mg/l VH_2O_2 , 50 °C): 9 seconds/segundos.**Survival time (S)** ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / **Tiempo de Sobrevida (S)** ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D: 38 seconds/segundos.**Kill time (M)** ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / **Tiempo de Muerte (M)** ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D: 94 seconds/segundos.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138 standards (part 1). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11138 (parte 1). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **DPAB01202136** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation (part 1). / El lote de producto **DPAB01202136** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138 (parte 1).



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO