

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 18th, 2019

Product code / código de Producto: MC1030-2

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for growth of *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 and *Bacillus Subtilis* DSM 5230 ATCC 35021 bacterial spores./ Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 y de *Bacillus Subtilis* DSM 5230 ATCC 35021.

Batch number / Número de lote: MOCJ022021

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-02

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-02

Transition color / Color de Transición: Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.

Process specification / Especificaciones de proceso: Incubation at 37 ± 2 °C for 48 (maximum). / 48 horas de incubación a 37 ± 2 °C (máximo).

Conclusion: Product batch **MOCJ022021** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation./ El lote de producto **MOCJ022021** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO