

October 23rd, 2023Product code / Código de producto: ATP-s1

Product description / Descripción de producto: Hygiene Monitoring System. High sensitivity pen system for detection of surface ATP / Sistema de Control de Higiene. Sistema de lápiz de alta sensibilidad para la detección de ATP en superficie.

Batch number / Número de Lote: C30109Manufacture date / Fecha de fabricación: 2023-10Expiration date / Fecha de vencimiento*: 2024-10

* When stored refrigerated (2-8°C) / Cuando se almacena refrigerado (2-8°C).

Process specification / Especificaciones de proceso: Before and after sample collection, activate the Chemdye® ATP-s1 device and read in 3M luminometers:

Antes y después de coleccionar la muestra, activar el dispositivo Chemdye® ATP-s1 y leer en luminómetros 3M:

Results interpretation / Interpretación de resultados:

- *RLU* values / Valores de URL* Value informed by the luminometer / Valor informado por el luminómetro.*

* Relative Light Units / Unidades Realivas de Luz

Blank values / Valor de blanco: *Pass / Aprobado*ATP detection: *Pass/Aprobado*

Espeficacion/Especificacion	Result / Resultado
RLU/URL (100 fmol ATP)	Pass / Aprobado
Blank / Blanco	Pass / Aprobado

CONCLUSION: The product batch C30109 meets the specifications / El lote de producto C30109 cumple con las especificaciones establecidas.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO