

April 10<sup>th</sup>, 2024Product code / Código de producto: ATP-s1

Product description / Descripción de producto: Hygiene Monitoring System. High sensitivity pen system for detection of surface ATP / Sistema de Control de Higiene. Sistema de lápiz de alta sensibilidad para la detección de ATP en superficie.

Batch number / Número de Lote: C40033Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-04Expiration date / Fecha de vencimiento\*: 2025-03

\* When stored refrigerated (2-8°C) / Cuando se almacena refrigerado (2-8°C).

Process specification / Especificaciones de proceso: Before and after sample collection, activate the Chemdye® ATP-s1 device and read in 3M luminometers:

Antes y después de coleccionar la muestra, activar el dispositivo Chemdye® ATP-s1 y leer en luminómetros 3M:

Results interpretation / Interpretación de resultados:

- *RLU\* values / Valores de URL\* Value informed by the luminometer / Valor informado por el luminómetro.*

\* Relative Light Units / Unidades Realivas de Luz

Blank values / Valor de blanco: *Pass / Aprobado*ATP detection: *Pass/Aprobado*

Espeficacion/Especificacion	Result / Resultado
RLU/URL (100 fmol ATP)	Pass / Aprobado
Blank / Blanco	Pass / Aprobado

CONCLUSION: The product batch C40033 meets the specifications / El lote de producto C40033 cumple con las especificaciones establecidas.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO