

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

April 7th, 2020

Product code / Código de producto: IT27W-1

Product description / Descripción de producto: Designed for monitoring moist heat disinfection processes in washer-disinfectors. / Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras.

Batch number / Número de lote: IT27W1200919

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-09

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-09

Transition color / Color de Transición: Turns to purple. / Vira a púrpura.

Process specification / Especificaciones de proceso: 1 min., 90 °C. A₀ = 600.

The product batch **IT27W1200919** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **IT27W1200919** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO