

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 31st, 2017**Product code / código de Producto:** IT27W-5**Product description / Descripción de producto:** Designed for monitoring moist heat disinfection processes in washer-disinfectors. / Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras.**Batch number / Número de lote:** IT27W5170117**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-01**Transition color / Color de Transición:** Turns to Purple/Vira a Purpura.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 5 min., 90 °C. $A_0 = 3000$. / 5 min., 90 °C. $A_0 = 3000$.

The product batch **IT27W5170117** was manufactured under ISO 13485:2012 and ISO 9001:2008 Quality Management System standards / El lote de producto **IT27W5170117** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2012 e ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO