

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 12th, 2017

Product code / Código de Producto: IT400

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for High Level Disinfection processes using Liquid Peracetic Acid / Indicador químico para procesos de Desinfección de Alto Nivel por Ácido Peracético Líquido.

Batch number / Número de Lote: IT400210717

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-07

Transition color / Color de Transición: Turns to Fuchsia / Vira a Fucsia

Process specifications / Especificaciones de proceso: Temperature = 50-60 °C

SV 3500 ppm Peracetic Acid: = 5.3 min

SV 1800 ppm Peracetic Acid = 7.2 min

CONCLUSION: Product batch **IT400210717** was manufactured under ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 Quality Management System standards / El lote de producto **IT400210717** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO