

August 31<sup>st</sup>, 2023

**Product code / Código de producto:** KPRO2-E250

**Product description / Descripción de producto:** Hygiene Monitoring System. Kit designed to detect proteins on endoscopes and other reusable instruments with hard to reach internal channels or cannulated instruments. / Sistema de control de higiene. Kit diseñado para detectar proteínas en endoscopios y otros instrumentos reutilizables con canales internos de difícil acceso, o instrumentos canulados.

**Batch number / Número de Lote:** C30074

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-04

**Expiration date / Fecha de vencimiento (\*):** 2025-04

\*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** After simple collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to the reference color card allows interpretation of the results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con la tarjeta de referencia de colores permite la interpretación de los resultados.

**Results interpretation / Interpretación de resultados:** Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color card. / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tarjeta de referencia de colores.

**CONCLUSION:** The product batch **C30074** meets the specifications under ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 and HTM 01-05:2013. / El lote de producto **C30074** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 y HTM 01-05:2013.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO