

December 12th, 2025**Product code / Código de producto:** PRO1 MICRO

Product description / Descripción de producto: Hygiene monitoring system. High sensitivity pen system for detection and quantification of surface proteins, allergens and reducing agents. / Sistema de control de higiene. Sistema de lápiz de alta sensibilidad para la detección y cuantificación de proteínas de superficie, alérgenos y agentes reductores.

Batch number / Número de lote: C50188**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-11-01**Expiration date / Fecha de vencimiento*:** 2027-10-31

* When stored refrigerated (2-8 °C) / Cuando se almacena refrigerado (2-8 °C).

Process specification / Especificaciones de proceso: After sample collection, incubate the Chemdye® PRO1 MICRO device at 60 ± 2 °C for:

- 4 minutes in Bionova® MiniPro* incubator.
- 7 minutes in Bionova® IC10/20⁺, IC10/20FR*, IC10/20FRLCD*

Después de coleccionar la muestra, incubar el dispositivo Chemdye® PRO1 MICRO a 60 ± 2 °C durante:

- 4 minutos en incubadora Bionova® MiniPro*
- 7 minutos en incubadoras Bionova® IC10/20⁺, IC10/20FR*, IC10/20FRLCD*

* Semi-quantitative results / Resultados semi-cuantitativos

* Quantitative results / Resultados cuantitativos.

Results interpretation / Interpretación de resultados:

- **Semi-quantitative/Semi-cuantitativos:** Visual interpretation against reference guide / Interpretación visual contra guía de colores.
- **Quantitative/Cuantitativo:** Incubator Bionova® MiniPro, IC10/20FR or IC10/20FRLCD result ticket / Ticket resultado de incubadora Bionova® MiniPro, IC10/20FR o IC10/20FRLCD

Limit of quantification / Límite de cuantificación: 1.0 µg of BSA**Sensitivity / Sensibilidad:** 0.3 µg of BSA

CONCLUSION: The product batch **C50188** meets the established specifications. / El lote de producto **C50188** cumple con las especificaciones establecidas.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Revetto
DIRECTOR TÉCNICO