

March 25th, 2024**Product code / Código de producto:** BD125X/1**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Pack for Steam sterilization processes with Warning Sheet (125 mm x 113 mm x 16 mm), type 2 (according to ISO 11140-1). / Paquete de prueba Bowie-Dick para esterilización por Vapor con Hoja de Alerta (125 mm x 113 mm x 16 mm), tipo 2 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de Lote:** B40072**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-03**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-03**Transition color / Color de Transición:** Turns to dark brown or black. / Vira a marrón oscuro o negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 3.5 min. at 134 °C // 4 min. at 132 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B40072** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 regulation. / El lote de producto **B40072** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO