

May 28<sup>th</sup>, 2024Product code / Código de producto: BD125X/1

Product description / Descripción de producto: Bowie-Dick Test Pack for Steam sterilization processes with Warning Sheet (125 mm x 113 mm x 16 mm), type 2 (according to ISO 11140-1). / Paquete de prueba Bowie-Dick para esterilización por Vapor con Hoja de Alerta (125 mm x 113 mm x 16 mm), tipo 2 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: B40224Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-05-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-04-30Transition color / Color de Transición: Turns to dark brown or black. / Vira a marrón oscuro o negro.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 3.5 min. at 134 °C // 4 min. at 132 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch B40224 meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-5 regulation. / El lote de producto B40224 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-5.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovelto  
DIRECTOR TÉCNICO