

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 25th, 2019

Product code / Código de producto: BD125X/2

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (ISO 11140-1 and ISO 11140-4 standards). / Paquete de prueba Bowie & Dick para esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (Normas ISO 11140- 1 e ISO 11140-4).

Batch number / Número de lote: BD1342200519

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-05

Transition color / Color de transición: Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro.

Process specifications / Especificaciones de proceso: 134 °C – 3.5 min. // 132 °C – 4 min.// 121°C – 16.9 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y normas ISO 11140- 1 e ISO 11140-4. Los valores presentes en este certificado son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD1342200519** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 regulation. / El lote de producto **BD1342200519** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO