

August 02nd, 2022**Product code / Código de producto:** BD125X/2**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (according to ISO 11140-1 standard). / Paquete de prueba de Bowie-Dick para esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (conforme norma ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20392**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-07**Transition color / Color de transición:** Turns to Dark Brown/Black / Vira a Marrón Oscuro/Negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 134 °C - 3.5 min. // 132 °C - 4 min. // 121 °C - 16.9 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y normas ISO 11140-1 e ISO 11140-4. Los valores presentes en este certificado son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B20392** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 regulation. / El lote de producto **B20392** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO