

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 4<sup>th</sup>, 2020Product code / Código de Producto: BD125X10/2

Product description / Descripción de producto: Bowie-Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (according to ISO 11140-1:2014). / Paquete de Prueba Bowie-Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (conforme ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: BD102140220Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-02Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-02Transition color / Color de Transición: Turns to Dark Brown/Black. / Vira a Marrón Oscuro/Negro.Endpoint condition / Condición del punto final: 121 °C - 10 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **BD102140220** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 regulation. / El lote de producto **BD102140220** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO