

December 4th, 2025**Product code / Código de producto:** KBD8948X/1**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Card Kit for steam sterilization processes. Includes Bowie-Dick Test Card, type 2 chemical indicator (according to ISO 11140-1:2014 standard) and its holder./ Kit de Tarjeta de Prueba Bowie-Dick para procesos de esterilización por vapor, incluye tarjeta con indicador químico tipo 2 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014) y su correspondiente soporte.**Batch number / Número de lote:** B50714**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-02-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-02-28**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 3.5 min, 134 °C // 4.0 min, 132 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-5:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-5:2007. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B50714** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-5:2007 standards. / El lote de producto **B50714** es conforme a las especificaciones establecidas en las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-5:2007.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO