

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 12th, 2017

Product code / Código de Producto: BD8948X

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Card Chemical Indicator for Steam sterilization processes. Type 2 (ISO 11140, parts 1 and 4) / Tarjeta de Prueba de Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 2 (ISO 11140, partes 1 y 4).

Batch number / Número de Lote: BD8948X110417

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-04

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-04

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 3.5 minutes, 134 °C // 4.0 minutes, 132 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and ISO 11140 (parts 1 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP e ISO 11140 (partes 1 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BD8948X110417** meets the specifications under USP and ISO 11140 (parts 1 and 4) regulation. / El lote de producto **BD8948X110417** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140 (partes 1 y 4).


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO