

December 18th, 2024**Product code / Código de producto:** BD8948X**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick test card chemical indicator for Steam sterilization processes. Type 2 (according to ISO 11140-1). / Tarjeta de prueba de Bowie-Dick para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 2 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de Lote:** B40570**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-12-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-11-30**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 134 °C - 3.5 min. // 132 °C - 4.0 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B40570** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4 regulation. / El lote de producto **B40570** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO