



October 10th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BDA4

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A4). Class 2 (EN ISO 11140 parts 1, 3 and 5) / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (A4). Clase 2 (EN ISO 11140 partes 1, 3 y 5).

Batch number / Número de Lote: BDA4102014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 3.5 minutes, 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140 (parts 1, 3 and 5). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140 (partes 1, 3 y 5). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BDA4102014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140 (parts 1, 3 and 5) regulation. / El lote de producto **BDA4102014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140 (partes 1, 3 y 5).



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO