



24/04/2014

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: BDA4

Product description / Descripción de producto: Bowie Dick test sheet for steam sterilization process. Class 2 (EN ISO 11140-1:2009) / Hoja de prueba Bowie Dick para procesos de esterilización por vapor. Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: BDA4012014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to BLACK / Vira a NEGRO.

Process specification / Especificaciones de proceso: 134 °C, 3.5 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2005. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2005. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **BDA4012014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2005 regulation. / El lote de producto **BDA4012014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2005.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TECNICO