

June 13th, 2023**Product code / Código de Producto:** BDA4

Product description / Descripción de producto: Bowie & Dick Test Sheet for Steam sterilization processes (A4), type 2 (according to ISO 11140-1). / Hoja de Prueba Bowie & Dick para procesos de esterilización por Vapor (A4), tipo 2 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de Lote: B30199**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-05**Transition color / Color de Transición:** Turns to dark brown/black. / Vira a marrón oscuro/negro**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 134 °C, 3.5 min // 132 °C, 4.0 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-3 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-3. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B30199** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-3 regulation. / El lote de producto **B30199** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-3.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO