

April 27th, 2022**Product code / Código de Producto:** BDA5**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Sheet (A5) for Steam sterilization processes, type 2 (according to ISO 11140-1). / Hoja de Prueba Bowie-Dick (A5) para procesos de esterilización por Vapor, tipo 2 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de Lote:** B20128**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-04**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-04**Transition color / Color de Transición:** Turns to Dark Brown/Black. / Vira a Marrón Oscuro/Negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 134 °C - 3.5 min // 132 °C - 4 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B20128** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20128** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO