



10-06-2011

# TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

## Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

**Product code / Código de Producto:** CD13

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for EO sterilization processes. (Roll per 750 double adhesive labels).Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 750 etiquetas doble adhesivo) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD13 100611

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 06.2011

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 06.2016

**Transition color / Color de Transición:** Turns to green/ Vira a verde

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 600 mg/l de EO, 60 % HR, 30 °C, 20 min., EO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CD13 100611** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD13 100611** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO

