



May 9th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD13

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for EO sterilization processes. (Roll per 750 double adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 750 etiquetas doble adhesivo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD13240713

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 600 mg/l de EO, 60 % HR, 30 °C, 30 min. // 600 mg/l de EO, 60 % HR, 54 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product Batch **CD13240713** meets the specification under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD13240713** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO