

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 14th, 2016**Product code / código de Producto:** CD13**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for EO sterilization processes. (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)**Batch number / Número de lote:** CD13011216**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-12**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-12**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde**Process specification / Especificaciones de proceso:** 600 mg/l EO, 60 % RH, 37 °C, 25 min. // 600 mg/l OE, 60 % HR, 54 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD13011216** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD13011216** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO