

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 13th, 2018Product code / código de Producto: CD13

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for EO sterilization processes. (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CD13040618Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-06Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 600 mg/l EO, 60 % RH, 37 °C, 25 min. // 600 mg/l OE, 60 % HR, 54 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD13040618** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD13040618** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO