

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 17<sup>th</sup>, 2017**Product code / código de Producto:** CD13**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for EO sterilization processes. (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)**Batch number / Número de lote:** CD13250417**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-04**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-04**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde**Process specification / Especificaciones de proceso:** 600 mg/l EO, 60 % RH, 37 °C, 25 min. // 600 mg/l OE, 60 % HR, 54 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD13250417** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD13250417** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO