

February 06th, 2025**Product code / Código de producto:** CD16**Product description / Descripción de producto:** Multivariable Process Indicator for EO sterilization processes (punched double card strips). Type 4 (according to ISO 11140-1).
/ Indicador de Proceso Multi-variable para procesos de esterilización por OE (tiras dobles pre-troqueladas). Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B50006**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-01-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-12-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 600 mg/l EO, RH 60%, 30 °C, 30 minutes. // 600 mg/l EO, RH 60%, 54 °C, 20 minutes.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50006** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50006** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO