



23-11-2010

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD17

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for EO sterilization processes. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD17 231110

Manufacture date / Fecha de fabricación: 11.2010

Expiration date / Fecha de vencimiento: 11.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to green/ Vira a verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 600 mg/l de EO, 60 % HR, 30 °C, 20 min., EO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD17 231110** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD17 231110** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO