

October 5th, 2021**Product code / Código de producto:** CD17**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for EO sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll), type 1 (ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por OE. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas), tipo 1 (ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B10445**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-08**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-08**Transition color / Color de transición:** Turns to orange/ Vira a naranja.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 600 mg/l EO, 60 % RH, 54 °C, 20 minutes // 600 mg/l EO, 60 % RH, 37 °C, 25 minutes.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10445** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10445** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO