



02-10-2012

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**Product code / Código de Producto:** CD20**Product description / Descripción de producto:** Multiparameter indicator for steam sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)**Batch number / Número de Lote:** CD20072012**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 07.2012**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 07.2017**Transition color / Color de Transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15 min., 121°C / 3.5 min., 134°C,
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD20072012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD20072012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO