



20-09-2012

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD20

Product description / Descripción de producto: Multiparameter indicator for steam sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD20092012

Manufacture date / Fecha de fabricación: 09.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 09.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 121°C / 3.5 min., 134°C, STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD20092012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD20092012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TECNICO