



September 18th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD20

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico multi-variable para procesos de esterilización por Vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: CD20290715

Manufacture date / Fecha de fabricación: 29.07.15

Expiration date / Fecha de vencimiento: 29.07.20

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD20290715** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD20290715** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO