

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 11th, 2018Product code / Código de producto: CD20

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico multi-variable para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD20120118Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-01Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD20120118** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD20120118** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO