

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 9th, 2017Product code / código de Producto: CD20

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico multi-variable para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 4 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CD20210917Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-09Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-09Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD20210917** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD20210917** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO